

# Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-М»

ОГРН 5177746100934 ИНН 7751099349 КПП 771401001  
125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, 2 / корп 1, комн. 5  
т. +7 926 206-39-74

17 мая 2019 исх. №005/2019

Ворошиковой К. Ф.

051/07/3 - 375/2019

27.05.19 в 14.00

20.05.19 *КФ*

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы  
по Мурманской области

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 9а  
Телефон/факс: (8152) 68-50-43, Факс: (8152) 68-50-43  
E-mail: to51@fas.gov.ru

## Заказчик:

ГОВАУЗ МЦРБ (Государственное областное автономное учреждение  
здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница»)  
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Кирова, д. 6.  
ИНН 510 791 44 86

## Заявитель:

ООО «МЕДТЕХ-М»  
125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, 2 / корп 1, комн. 5

## ЖАЛОБА на действия заказчика

### Организация осуществляющая размещение (уполномоченный орган):

Комитет государственных закупок Мурманской области

- 1) место нахождения: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, пр. Ленина, д. 71
- 2) почтовый адрес: 183006, Мурманская обл., г. Мурманск, д. 75

### Участник закупки (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-М» (ООО «МЕДТЕХ-М»)

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля д. 2, кор. 1 ком. 5

(ИНН 7751099349, КПП 771401001, ОГРН 5177746100934)



Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Номер извещения: № 0349200020319000003

Наименование закупки: Поставка медицинского оборудования (аппараты УЗИ для исследования сосудов сердца и головного мозга)

Дата проведения аукциона: 24.05.2019г.

Согласно техническому заданию аукционной документации (ТЗ) по пунктам 3.1.2, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.16, 3.1.19, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.13-3.2.22, 3.2.34, 3.2.35, 4.3; 5.8, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 11.2.1, указанным диапазонам и параметрам, а также программным опциям, в их совокупности, требованию Заказчика удовлетворяет единственный аппарат УЗИ производства General Electric это существенно ограничивает число участников, косвенно свидетельствует о некомпетентности Заказчика и уполномоченного органа, либо заинтересованности в победе третьих лиц, не носит объективный характер выбора таких диапазонов, не поддается клиническому обоснованию, т.е. заказчик ограничил в возможности принять участие и поставить продукцию как отечественного производства, что противоречит концепции импортозамещения, предусмотренной правительством Российской Федерации, так и импортного производства отличных от General Electric производителей.

Более того, пунктам ТЗ:

3.1.1 Операционная система Windows

3.2.1 В-режим: - Технология двойного фокуса на секторных датчиках

3.2.2 М-режим - Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях

3.2.9 Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени

Недоплеровское цветное кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени

- Использование режима недоплеровской цифровой визуализации потока крови и направления потока крови в сосудах со всеми конвексными и линейными датчиками

- Сочетание режимов В-, РW- и режима недоплеровской цифровой визуализации потока крови и направления потока крови в сосудах в реальном времени

соответствует только аппарат УЗИ General Electric семейства Vivid.

Заказчику 13.05.2019г. был направлен запрос на разъяснения в соответствии с требованиями аукционной документации. 15.05.2019г. Заказчик предоставил ответ, в котором отсутствовали ответы на конкретные вопросы разъяснения пунктов технического задания и обоснованности их внесения.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 44-ФЗ в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Настаиваю на внесении в техническое задание соответствующих изменений, которые позволят исключить нарушения законодательства о контрактной системе и о защите конкуренции, устранят коррупционные риски закупки, снимут необоснованные ограничения количества участников и сделает данную закупку более эффективной, без ущерба для качества закупаемого товара.

В связи с вышеизложенным,

ПРОШУ:

1. Прошу приостановить работу комиссии по рассмотрению первых частей заявки;

2. Прошу отменить процедуру проведения аукциона;
3. Провести проверку по вышеизложенному факту;
4. Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений действующего законодательства в части описания объекта закупки
5. Провести повторный мониторинг запроса цен.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Распечатка извещения о проведении электронного аукциона (закупка №0349200020319000003) на 5 листах;
2. Решение №1 единственного учредителя ООО «МЕДТЕХ-М» от 16.10.17г. об избрании генерального директора ООО «МЕДТЕХ-М» на 1 листе;
3. Распечатка Раздела 3. Описания объекта закупки. № 0349200020319000003 на 10 листах.
4. Распечатка Разъяснения положений документации об электронном аукционе от 15.05.2019 №РД1 на 2 листах

Генеральный директор  
ООО «МЕДТЕХ-М»

